


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ, ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 Место осуществления деятельности: 397900, г. Лиски,
пр. Ленина, 40, лит. А. Телефон: (847391) 4-42-05, 4-51-36 факс: (847391) 4-42-05 E-mail: ses_fbuz@mail.ru
ОКПО № 75929854 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Банк: Отделение Воронеж г. Воронеж // УФК по Воронежской области

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BT05.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
23 октября 2017г.

Руководитель ИЛ Т.Н. Ирхина 
Дата утверждения «19» сентября 2023г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3944 Б-2 от «19» сентября 2023г.

ОПИСАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ОДНОЗНАЧНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ:

Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения

(по области аккредитации)

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС, ИНН): Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском,
Острогожском районах. Воронежская область, г. Лиски, проспект Ленина, 40
МЕСТО ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА), АДРЕС: Воронежская область, Бобровский район, с. Верхний
Икорец, ул. Ленинская, 37

ОСНОВАНИЕ: Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском,
Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах № 305 от 07.09.2023г.

ДАТА ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 13 сентября 2023г. **ВРЕМЯ ОТБОРА:** от 12 час. 40мин
до 13 час. 00мин

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP – 3944/07.24Б-2

ТОЧКА ОТБОРА, АДРЕС: вода питьевая: водопроводный кран

Воронежская область, Бобровский район, с. Верхний Икорец, ул. Ленинская, 37

ПЛАН И ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ПРОБ (ОБРАЗЦОВ): СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Раздел
III, Таблица 3.5 по микробиологическим показателям

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИМЕНЯЕМОГО МЕТОДА (НД НА МЕТОД ОТБОРА ПРОБ (ОБРАЗЦОВ): ГОСТ
31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор
проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: проба отобрана врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском,
Каширском, Острогожском районах Тихомировым Д.Р., в присутствии главного специалиста
эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском,
Каменском, Каширском, Острогожском районах Мусатова Е.А., председателя Митиной О.И.;
доставлена в лабораторию автотранспортом, в количестве 1 образца, в стерильной посуде, в
термосумке при $t+2^{\circ}\text{C}$, условия хранения проб в холодильнике при $t(+4\pm 2^{\circ}\text{C})$. Проба опечатана
печатью ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском,
Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах.

Протокол отбора образцов (проб) продукции № 2777 от 13 сентября 2023г.

*Результаты отбора относятся к представленной Заказчиком пробе (образцу). За стадию отбора и достоверность информации, представленной
в данных разделах протокола, лаборатория ответственности не несет.*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ, ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 Место осуществления деятельности: 397900, г. Лиски,
пр. Ленина, 40, лит. А. Телефон: (847391) 4-42-05, 4-51-36 факс: (847391) 4-42-05 E-mail: ses_fbuz@mail.ru
ОКПО № 75929854 ИНН/КПП 3665049241/366501001

Банк: Отделение Воронеж г. Воронеж // УФК по Воронежской области

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BT05.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
23 октября 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ Т.Н. Ирхина

Дата утверждения «19» сентября 2023г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3945 Б-2 от «19» сентября 2023г.

ОПИСАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ОДНОЗНАЧНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ:

Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения

(по области аккредитации)

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС, ИНН): Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском,
Острогожском районах. Воронежская область, г. Лиски, проспект Ленина, 40

МЕСТО ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА), АДРЕС: Воронежская область, Бобровский район, с. Верхний
Икорец, ул. Центральная, 7

ОСНОВАНИЕ: Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском,
Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах № 305 от 07.09.2023г.

ДАТА ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 13 сентября 2023г. **ВРЕМЯ ОТБОРА:** от 12 час. 00мин
до 12 час. 40мин

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP – 3945/07.24Б-2

ТОЧКА ОТБОРА, АДРЕС: вода питьевая: водопроводный кран

Воронежская область, Бобровский район, с. Верхний Икорец, ул. Центральная, 7

ПЛАН И ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ПРОБ (ОБРАЗЦОВ): Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Раздел
III, Таблица 3.5 по микробиологическим показателям

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИМЕНЯЕМОГО МЕТОДА (НД НА МЕТОД ОТБОРА ПРОБ (ОБРАЗЦОВ): ГОСТ
31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор
проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: проба отобрана врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском,
Каширском, Острогожском районах Тихомировым Д.Р., в присутствии главного специалиста
эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском,
Каменском, Каширском, Острогожском районах Мусатова Е.А., председателя Митиной О.И.;
доставлена в лабораторию автотранспортом, в количестве 1 образца, в стерильной посуде, в
термосумке при $t+2^{\circ}\text{C}$, условия хранения проб в холодильнике при $t (+4\pm 2^{\circ}\text{C})$. Проба опечатана
печатью ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском,
Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах.

Протокол отбора образцов (проб) продукции № 2778 от 13 сентября 2023г.

*Результаты отбора относятся к представленной Заказчиком пробе (образцу). За стадию отбора и достоверность информации, представленной
в данных разделах протокола, лаборатория ответственности не несет.*

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ):

№пп	Тип прибора	Заводской номер	Номер в госреестре	№ свидетельства (аттестат) о поверке	Срок действия
1.	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35Б Манометр EN 837-1	2005 Б003	№67350-17	С-БМ/03-02/2023/226438397	02.02.2025г.
2.	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	011903109 50811	ФСР №2009/05481 ФСР №2009/05481	№22/041/23 №22/274/22	31.01.2024г. 29.09.2023г.
3.	Водяная многоместная баня УТ – 4300Е	194224	ФСЗ 2012/12314	№ 22/217/23	04.07.2024г.
4.	Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ	21408	ФСР №2009/04871	№ 22/040/23	31.01.2024г.
5.	Стерилизатор паровой ВКа-75-ПЗ Манометр EN 837-1 Манометр ДМ 2010 Ст	1379 Б004 1317011	ФСР № 2012/13222 13535-93	С-БМ/03-02-2023/22643881 С-БМ/03-02-2023/226438400	02.02.2025г.

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ИСПЫТАНИЯМ: 13 сентября 2023г. в 15 час.00 мин
 ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 13 сентября в 15 час. 20 мин – 15 сентября 2023г. в 15 час. 00 мин
 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Регистрационный номер кода пробы (образца) AP-3945/07.24Б-2					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:					
№ пп	Показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Нормативы	Идентификация методики испытаний по области аккредитации
1	2	3	4	5	6
Основные показатели					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) ⁰ С	12	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01 Изм. №1(количественный метод)
	Обобщённые колиформные бактерии	не обнаружены	КОЕ/100см ³	отсутствие	ГОСТ 31955.1-13 МУК 4.2.1018-01 Изм. №1, Изм. №2 (метод мембранных фильтров)
	Escherichia coli (E.coli)	не обнаружены	КОЕ/100см ³	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) (качественный метод)
	Энтерококки	не обнаружены	КОЕ/100см ³	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018 (качественный метод)

*результат нижней границы диапазона измерений по применяемой методике со знаком «менее»

** результат верхней границы диапазона измерений по применяемой методике со знаком «более»

Результаты исследований, испытаний (измерений) относятся исключительно к представленной пробе (образцу). Направление проб (образцов) продукции на исследования № 190 от 13.09.2023г.

Во исполнение приказа МЭР РФ от 24.10.2020г № 704 исполнителями передаются в ФСА данные Заказчика: ИНН, реквизиты, дата подачи заявки на выполнение услуг и осуществление лабораторной деятельности

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории.

Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложных результатов испытаний, ознакомлены с правами и обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195 – ФЗ

Испытания проводил (и):

ФИО, должность лица, ответственного за проведение испытаний: Чайчиц О.К. - биолог

Шишкина Н.А. – биолог

Бойкова С.С. – фельдшер

лаборант отдела приема, регистрации и кодирования проб

Протокол № 3945Б-2

Общее количество страниц 2: страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично восстановлен без согласия

ИЛ

Конец протокола испытаний.

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах	Ф 02-38-ДП02-2019 23ОИФБУЗ (Л)/466 от «20» сентября 2023г.	Издание № 1
		Страница 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В
ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ,
ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ

Фактический адрес: 397900, г. Лиски, пр. Ленина, 40
Телефон: (847391) 4-42-05, 4-51-36
факс: (847391) 4-42-05
E-mail: ses_fbuz@mail.ru
ИНН/КПП 3665049241/365202001
ОГРН 1053600128889
ОКПО № 01922049 в ГРКЦ Банка России
по Воронежской области г. Воронеж

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 466 от «20» сентября 2023г.

на протокол испытаний от 19.09.2023г. № 3945 Б-2.

ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском,
Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах (Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21БТ05 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23 октября 2017г.)
(наименование лаборатории)

**Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, точка отбора №1 –
водопроводный кран по адресу: Воронежская область, Бобровский райо, с. Верхний Икорец, ул.
Центральная, д.7, по микробиологическим показателям. Отбор проб проведен 13.09.2023г. на
основании Поручения ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в
Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах №305 от 07.09.2023г.**
(наименование пробы (образца))

Дата начала инспекции 20.09.2023г. дата окончания инспекции 20.09.2023г.

Заключение: в исследованной пробе воды, точке отбора №1 – водопроводный кран по адресу:
Воронежская область, Бобровский райо, с. Верхний Икорец, ул. Центральная, д.7, по содержанию
ОМЧ - 12 КОЕ/100см³, при нормативе не более 50 КОЕ/100см³, (обобщенные) колиформных бактерий
– не обнаружены, при гигиеническом нормативе отсутствие, E.coli – не обнаружены, при
гигиеническом нормативе отсутствие, энтерококки – не обнаружены, при гигиеническом нормативе
отсутствие, что соответствует требованиям Раздела 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания».

*Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения,
ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. №195-ФЗ*


Эксперт, зав.санэпид отделом
Сертификат эксперта №21437
выдан 23.05.2020г. ФГБОУ ВО «Омский
государственный медицинский университет»
Действителен до 23.05.2025г.

Врач по общей гигиене (стажер)



Андряшин А.В.

Тихомиров Д.Р.



ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах	Ф 02-38-ДП02-2019 23ОИФБУЗ (Л)/465 от «20» сентября 2023г.	Издание № 1
		Страница 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В
ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ,
ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ

Фактический адрес: 397900, г. Лиски, пр. Ленина, 40
Телефон: (847391) 4-42-05, 4-51-36
факс: (847391) 4-42-05
E-mail: ses_fbuz@mail.ru
ИНН/КПП 3665049241/365202001
ОГРН 1053600128889
ОКПО № 01922049 в ГРКЦ Банка России
по Воронежской области г. Воронеж

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 465 от «20» сентября 2023г.

на протокол испытаний от 19.09.2023г. № 3944 Б-2.

ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском,
Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах (Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21BT05 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23 октября 2017г.)
(наименование лаборатории)

**Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, точка отбора №1–
водопроводный кран по адресу: Воронежская область, Бобровский райо, с. Верхний Икорец, ул.
Ленинская, 37, по микробиологическим показателям. Отбор проб проведен 13.09.2023г. на
основании Поручения ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в
Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах №305 от 07.09.2023г.**
(наименование пробы (образца))

Дата начала инспекции 20.09.2023г. дата окончания инспекции 20.09.2023г.

Заключение: в исследованной пробе воды, точке отбора №1– водопроводный кран по адресу:
Воронежская область, Бобровский райо, с. Верхний Икорец, ул. Ленинская, 37, по содержанию ОМЧ -
11 КОЕ/100см³, при нормативе не более 50 КОЕ/100см³, (обобщенные) колиформных бактерий – не
обнаружены, при гигиеническом нормативе отсутствие, E.coli – не обнаружены, при гигиеническом
нормативе отсутствие, энтерококки – не обнаружены, при гигиеническом нормативе отсутствие, что
соответствует требованиям Раздела 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».

*Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения,
ознакомлены с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. №195-ФЗ*

Эксперт, зав.санэпид отделом
Сертификат эксперта №21437
выдан 23.05.2020г. ФГБОУ ВО «Омский
государственный медицинский университет»
Действителен до 23.05.2025г.

Врач по общей гигиене (стажер)




Андряшин А.В.

Тихомиров Д.Р.

